

BDA/DGAI · Roritzerstraße 27 · 90419 Nürnberg

An alle BDA / DGAI Mitglieder

GESCHÄFTSSTELLE

Hauptgeschäftsführer

Prof. Dr. med. Alexander Schleppers

Telefon: 0911 / 933 78 0

Mobil: 0173 / 9225527

Telefax: 0911 / 393 81 95

E-Mail: aschleppers@t-online.de

Datum: 27.03.2020

Einsatz von Anästhesiegeräten zur Langzeitbeatmung Information der Kommission Normung und technische Sicherheit der DGAI

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

viele Krankenhäuser haben sich darauf eingestellt, im Rahmen einer Notlagen-Verwendung zusätzliche Intensiv-Behandlungsplätze mit Anästhesiegeräten zu bestücken.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beim Einsatz dieser Geräte zur Langzeitbeatmung - abhängig vom jeweiligen Typ - einige Besonderheiten zu beachten sind.

Falls auch Sie den Einsatz von Anästhesiegeräten in Betracht ziehen, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller ihrer Geräte in Verbindung und fragen nach Besonderheiten, die bei deren Einsatz zur Langzeitbeatmung zu beachten sind.

Einige allgemeine Hinweise können Sie auch unter <https://www.apsf.org> finden.

Da die Bedienung von Anästhesiegeräten häufig komplexer ist als die von Intensivventilatoren, ist die Einweisung/Schulung des Personals besonders wichtig.

Gerne steht Ihnen auch die DGAI-Kommission für Normung und technische Sicherheit hierzu für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. Alexander Schleppers